Cuff Cleaner Inc.
Procédures de nettoyage

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT:

Lisez et suivez les indications du manuel de l'opérateur de Cuff Clinic
Reportez-vous à la fiche signalétique de sécurité de produit
Préparez quotidiennement la solution Cuff Cleaner Plus

1. Préparation de la solution Cuff Cleaner
Saupoudrez la quantité requise de Solution de nettoyage / désinfection dans le Cuff Clinic
Remplissez le Cuff Clinic jusqu'à la ligne de remplissage avec de l'eau du robinet

Modèle Cuff Clinic 620 - 1 Oz **Modèle Cuff Clinic 730 - $1^1/_2$ Oz** **Modèle Cuff Clinic 860 - 3 Oz**
Modèle Cuff Clinic 990 - 5 Oz

2. Placez les menottes dans le panier Cuff Clinic ou dans le plateau perforé

3. Immergez le panier/plateau et les menottes dans le Cuff Clinic et mettez le couvercle

4. Réglez la minuterie à dix (10) minutes au minimum

5. Une fois le cycle terminé (10 minutes), retirez le panier et les menottes, rincez à l'eau du robinet



6. Laissez sécher complètement

7. Cuff Cleaner Compressed Air

8. Cuff Cleaner Lubricant